

CLIENTE: CONFILAB CALIBRAÇÃO E MEDIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO JOSÉ SENGER, 300 - VILA HARO - Sorocaba - SP

Instrumento	CALIBRADOR ANEL LISO CILÍNDRICO		
Código	ANE-54	Fabricante	EINST
Valor Nominal	Passa 46 mm	Modelo	Não Consta
		Série	HK 240
		Setor	Não Consta

Instrução de Trabalho Utilizada: ITLG-136 / Revisão 7

O Calibrador Anel Liso Cilíndrico foi medido em sua altura central e em duas posições (conforme figura abaixo). Os resultados obtidos correspondem a média de três medições. O Calibrador Anel Liso Cilíndrico foi verificado com os padrões relacionados abaixo. Foram realizadas medições obedecendo a instrução de trabalho interna.


Padrões Utilizados

- Máquina De Medição Linear, fabricante HELIOS, código PLG-181, certificado 02069/21 de 5/5/2021 calibrado por MITUTOYO (RBC nº CAL-0031), válido até 5/2026.
- Anel Liso Cilíndrico, fabricante NÃO CONSTA, código PLG-238, certificado 55124-203 de 13/7/2023 calibrado por AFERITEC (RBC nº CAL-157), válido até 7/2026.

Resultados da Calibração

Diâmetro do Anel - Lado Passa

Valor Nominal	V.C.	Erro
Altura 1 (mm)	(mm)	(mm)
0° 46,0000	46,0008	-0,0008
90° 46,0000	46,0006	-0,0006



Incerteza de Medição: U = 0,0010 mm

A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2,00 o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (ν_{eff} = infinito) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Local da Calibração: Instalações do Cliente.
Lacre de Integridade: Não Aplicável
Temperatura durante a Calibração: 20,1 °C **Umidade Relativa do Ar:** 55% ur
Data da Calibração: 19/05/2026

Notas:

- O conteúdo do certificado refere-se exclusivamente ao objeto calibrado, nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. Só terá validade o certificado original.
- V.C: Valor Convencional indicado no padrão
- Nominal: Valor Convencional indicado no padrão
- Erro: é a diferença entre o nominal e o V.C
- Este certificado atende aos requisitos de acreditação do CGCRE, o qual avaliou a competência de medição do Laboratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medida.

Digitally signed by LG COMERCIO E
CONSORCIO DE INSTRUMENTOS DE
MEDICAO:73026015000100
Date: 2026.05.19 13:18:40 BRT
Reason: Assinatura Digital de
Certificados
Location:

Maicon Alencar
Técnico Responsável